

## Déclaration de Conformité

pour le produit

### TensioScreen – LS802

Nous, Société Terrailon S.A.S., 1 rue Ernest Gouin, 78290 Croissy sur Seine, France, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit susmentionné dans la présente est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité. Ce produit répond aux principales exigences et aux autres dispositions applicables de la **Directive R&TTE 1999/5/CE**.

Certificat TUV (64930120291301) du 05/02/2013	EN 300 328 V1.8.1 : 2012
Certificat TUV (64930120291301) du 05/02/2013	EN 62479 : 2010
Certificat TUV (64930120291301) du 05/02/2013	EN 301 489–1 V1.9.2 : 2011
Certificat TUV (64930120291301) du 05/02/2013	EN 301 489–17 V2.2.1 : 2012
Certificat TUV (64930120291301) du 05/02/2013	EN 60601-1-1-2 :2007
Certificat TUV (64930120291301) du 05/02/2013	IEC 60601-1 :2005

Le produit porte le marquage de conformité CE. Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration.

Croissy sur Seine, le 11/02/2013

Responsable R&D et Qualité  
Cédric Dubois

